



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Національний науковий центр "Інститут метрології"
(ННЦ "Інститут метрології")
61002, Харків, вул. Мироносицька, 42
Свідоцтво про уповноваження № П-18-2019 від 26.04.2019

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 3525

Чинне до "16" серпня 2022 р.

Назва та умовне позначення _____ Приймач GPS Trimble R4

_____ базовий приймач GPS GX1230 GG, № 471121 № 5203481242

Виробник _____ фірма "Trimble", США

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ)
відповідає вимогам _____ інструкції по експлуатації приймача Trimble R4

(назва нормативно-правового акта, що містить вимоги

до метрологічних характеристик і значення метрологічних характеристик

(клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на _____ стор. у _____ прим.

Персонал, який виконував
роботи з перевірки


(підпис)

_____ І.М. Задорожна

(ініціали, прізвище)

Місце відбитка

повірного тавра



"16" 08 2021 р.

Результати повірки (протокол № 361 від 16.08.2021 р.) приймача Trimble R4, № 5203481242, що належить ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр», м. Київ.

Назва метрологічної характеристики (МХ)	Одержане значення МХ
Довірчі границі абсолютної похибки вимірювання відстаней у статистиці в плані до 50 км при довірчій ймовірності $p = 0,95$	$\pm (3 + 0,5 \times 10^{-6} L)$ мм

Де L – відстань, що вимірюється в мм.

Персонал, який виконував
роботи з повірки


(підпис)

І.М. Задорожна
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
повірного тавра

